

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年9月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022.9.1	構内ダストモニタ設備（屋外の空気中のダストの放射能を測定する設備）	<p>構内ダストモニタ設備において、2台あるサンプルポンプのうちの1台で、吸引している空気の流量が低いことを示す警報が発生し、ポンプが停止した。</p> <p>現場を確認した結果、当該設備に異常はないため、測定を再開した。</p> <p>9月4日に、同じ警報が発生し再度停止したが、当該設備に異常はないことから測定を再開した。</p> <p><u>原因調査の結果、サンプルポンプの故障により発生したものと推定した。</u></p> <p><u>このため、サンプルポンプの取替えを行い異常のないことを確認した。</u></p>	<u>処置済み</u>	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。